



P/N 571396-001 Rev. AB 2014-09-18
SS-1410 PL-US © Orthofix Holdings, Inc.

Spinal-Stim® Quick Instructions:

1. Press the **Power Button** to start.
2. The **LCD Display** will show start-up codes, then your prescribed daily treatment begins.
3. Wear the stimulator over treatment site for a minimum of **2 hours** every day.*
4. After treatment is complete, the **LCD Display** will show 3 dashes --- and power off.
5. To recharge, plug the charger into **Charger Port** and AC outlet.

*Clinical trial data demonstrates that fusion success rates were significantly higher for patients who wore the device every day for the full treatment time. *Source: Premarket Approval P850007/S6; FDA Approved February 1990.*

See the instruction manual for full usage information.

Patient Services
800-535-4492
www.bonestimulation.com



P/N 571396-001 Rev. AB 2014-10-01
SS-1410 PL-US © Orthofix Holdings, Inc.

Spinal-Stim® Quick Instructions:

1. Press the **Power Button** to start.
2. The **LCD Display** will show start-up codes, then your prescribed daily treatment begins.
3. Wear the stimulator over treatment site for a minimum of **2 hours** every day.*
4. After treatment is complete, the **LCD Display** will show 3 dashes --- and power off.
5. To recharge, plug the charger into **Charger Port** and AC outlet.

*Clinical trial data demonstrates that fusion success rates were significantly higher for patients who wore the device every day for the full treatment time. *Source: Premarket Approval P850007/S6; FDA Approved February 1990.*

See the instruction manual for full usage information.

Patient Services
800-535-4492
www.bonestimulation.com





Puerto del cargador



Luz de fondo

Pantalla

Botón de ENCENDIDO/APAGADO



Instrucciones rápidas de Spinal-Stim®:

1. Presione el **botón de encendido** para comenzar.
2. En la **pantalla** aparecerán códigos de inicio; luego, comienza su tratamiento diario indicado.
3. Use el estimulador durante las horas indicadas cada día.*
4. Cuando se complete el tratamiento, la **pantalla** mostrará 3 guiones - - - y se apagará.
5. Para recargar, enchufe el cargador en el **puerto del cargador** y en un tomacorriente de CA.

*Los datos de los ensayos clínicos demuestran que las tasas de fusión exitosas fueron significativamente más altas en los pacientes que usaron el dispositivo todos los días durante todo el tratamiento. Fuente: Aprobación premercado P850007/S6; Aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA), febrero de 1990.

Consulte el manual de instrucciones para obtener información completa sobre el uso.

Servicio al cliente
800-535-4492
www.bonetimulation.com



Puerto del cargador



Luz de fondo

Pantalla

Botón de ENCENDIDO/APAGADO



Instrucciones rápidas de Spinal-Stim®:

1. Presione el **botón de encendido** para comenzar.
2. En la **pantalla** aparecerán códigos de inicio; luego, comienza su tratamiento diario indicado.
3. Use el estimulador durante las horas indicadas cada día.*
4. Cuando se complete el tratamiento, la **pantalla** mostrará 3 guiones - - - y se apagará.
5. Para recargar, enchufe el cargador en el **puerto del cargador** y en un tomacorriente de CA.

*Los datos de los ensayos clínicos demuestran que las tasas de fusión exitosas fueron significativamente más altas en los pacientes que usaron el dispositivo todos los días durante todo el tratamiento. Fuente: Aprobación premercado P850007/S6; Aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA), febrero de 1990.

Consulte el manual de instrucciones para obtener información completa sobre el uso.

Servicio al cliente
800-535-4492
www.bonetimulation.com

